

関係各位

福臨技精発平 30 第 16 号

平成 30 年 11 月 9 日

一般社団法人福島県臨床検査技師会

会 長 山寺 幸雄

(公印省略)

平成 30 年度第 26 回福島県臨床検査精度管理調査結果報告書

不備に関するお願い

謹啓

秋冷の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、当会の事業活動にご理解、御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、一般社団法人福島県臨床検査技師会では信頼性の高い検査結果が得られるよう、精度管理事業を立ち上げ臨床検査データの標準化活動を進めてまいりました。その結果、福島県の臨床検査における技術水準は高いレベルで維持されております。

しかしながらこの度、当会主催の平成 30 年度第 26 回福島県臨床検査精度管理調査の結果報告書に於きまして一部不備が判明致しました。そこで、ご不便をお掛けしますがデータの差し替えをお願い致します。

謹白

記

■差し替え対象：臨床化学検査

- 29 ページ「ALB ドライケミストリー法」

No. 1 2 および No. 4 0 の施設

試料 生-11 の評価の誤り

※ご面倒ではありますが、必ず差し替えをお願い致します。

◇問い合わせ先 一般社団法人福島県臨床検査技師会 精度管理事業部

太田西ノ内病院 臨床検査部検体検査科 田村 功

TEL 024-925-1188 FAX 024-925-8835

Eメール：iso-tam@ohta-hp.or.jp